



**Zamawiający:**  
Powiat Gołdapski  
ul. Krótka 1  
19-500 Gołdap

**NR SPRAWY: OR.272.3.2026**

**Nr ogłoszenia: 2026/BZP 00249318/01**

**Z dnia: 18.05.2026 r.**

### **Informacja o pytaniach wykonawców o treść SWZ**

**Dotyczy: „Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2024 poz. 1320 t.j.) – wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w dniu 22.05.2026 r.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 12:**

Czy wymagają Państwo torby R1 według standardu 2021 r ? Obecnie obowiązuje najnowszy standard 2026 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Zamawiający nie wskazał w OPZ wymogu zgodności torby z konkretnym standardem PSP R1, wobec czego dopuszcza rozwiązania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 13:**

Jeżeli wymagają Państwo standardu 2026 r czy wymagają Państwo także deski ortopedycznej, noszy podbierkowych oraz zestawu szyn Kramera ?

**Odpowiedź:**

Zakres wyposażenia wymagany przez Zamawiającego został szczegółowo określony w OPZ. Zamawiający nie wymaga elementów niewskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 14:**

Czy dopuszczają Państwo do postępowania opatrunki hydrożelowe firmy BurnCare ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści opatrunki hydrożelowe firmy BurnCare lub równoważne



**Pytanie 15:**

Proszę o potwierdzenie czy wymagają Państwo pulsoksymetru dla wszystkich grup wiekowych tak jak jest napisane w najnowszym wstandardzie PSP R1 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymagany jest zakres wyposażenia określony w OPZ.

**Pytanie 16:**

Czy wymagają Państwo podania nazwy i producenta tego puls oksymetru celem weryfikacji czy potencjalny Wykonawca zaproponował właśnie pulsoksymetr dla wszystkich grup wiekowych. W większości przypadków proponowany jest pulsoksymetm tylko dla dorosłych ( zwykły napalcowy ) bez dodatkowych czujników .

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymagany jest zakres wyposażenia określony w OPZ.

**Pytanie 17:**

Czy dopuszczą Państwo produkty sterylne z terminem ważności wynoszącym 80 % całkowitego terminu przydatności ? Niektóre produkty wymienione w R1 mają max termin przydatności 1,5 roku więc nie jest to możliwe aby każdy produkt miał 5 letni termin przydatności. Zresztą to jest termin max w wyrobach medycznych jaki może nadać producent więc już po zejściu z lini produkcyjnej nie posiada takiego terminu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści sterylne wyroby medyczne posiadające termin ważności wynoszący minimum 80% całkowitego okresu przydatności określonego przez producenta na dzień dostawy.

**Pytanie 18:**

Opatrunek wentylowy ACS nie jest już produkowany ( od 4 lata). Czy dopuszcza Państwo zamiennik tego produktu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści produkt równoważny dla opatrunku wentylowego ACS.

STAROSTA

  
*Krzysztof Tomasz Kazaniecki*

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu